



RĂSPUNS LA SOLICITĂRI DE CLARIFICĂRI

referitoare la Invitația de participare pentru achiziția publică de produse prin ACHIZIȚIE DIRECTĂ pentru atribuirea unor contracte de „*Materiale, sticlărie și reactivi de laborator aferente Proiect 110BG/2016*”, la care data limită de depunere a ofertelor este 29.05.2018 inclusiv, procedură a cărei invitație de participare a fost înregistrată la TUIASI cu nr. **10820/23.05.2018**

În urma primirii unor solicitări de clarificări, pe e-mail, în data de 24.05.2018, precizăm:

Întrebare: „lot 2 pozitia 1 extractor soxhlet - in caiet apare slif 29/32 atat la soclu cat si la con , nu exista niciun produs cu aceasta specificatie - NS 29/32 - NS 34/35 - 70 ml - acestea sunt dimensiunile pentru extractor de 70 ml , va rog sa clarificati”.

Raspuns: Extractorul Soxhlet va avea slif con 24/29 si slif soclu 34/35 - capacitate 70 ml. Acest extractor se monteaza combinat cu baloanele cu slif 24/29 si condensatorul cu slif 34/35.

Întocmit,

Ing. Dumitru Anton Mihăescu

Certificat în privința realității,
regularității și legalității.
Administrator Șef Facultate,
Ing. Dumitru Mihăescu

Data: 25.05.2018