



Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)

Schema de Granturi SGCU-CI

Beneficiar: Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași

Titlul subproiectului: Rețea de laboratoare didactice pentru discipline generale specifice studiilor de inginerie - NetLab

Acord de grant nr. AG 288 / SGU / CI / III

Răspuns solicitare clarificari
privind achiziția de Echipamente de laborator - Laborator Chimie

În urma primirii unei solicitări de clarificări, pe e-mail, precizăm:

Întrebare1: „La pozitia 4 (lot 1) : capacitate : 2000 grame / precizie de maxim 1 gram / linearitatea de 0,2 grame.

Aceste specificatii se regasesc in general la precizii mai mai bune (0,1 grame sau mai putin) sau invers , balantele cu precizie de 1 gram nu au liniaritate 0,2 grame

Ca urmare , exista vreo greseala in redactare ? sau daca nu poate puteti fi mai expliciti pentru a ne indruma spre categoria/produsul dorit.”

Raspuns1: În urma unei greșeli de tehnoredactare in loc de liniaritate de maxim ± 2 grame s-a solicitat ca liniaritatea sa fie de maxim $\pm 0,2$ g. Ca urmare, se vor modifica specificațiile tehnice ale balanței tehnice de la lotul 1, punctul 4 astfel:

În loc de „Linearitatea sa fie de maxim ± 0.2 g” se va citi „**Linearitatea sa fie de maxim ± 2 g**”.

Restul caracteristicilor rămân neschimbate.

Director de grant

Nume, prenume: SEGHEDEIN EUGEN NECULAI

Semnătură

Data:

Responsabil achiziției grant

Nume, prenume: ȚIGLĂ GEANINA

Semnătură

Data: 05-06-2020.....