

Anexa 6.1.1 - Specificatii tehnice (B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universitati - Programul de vară tip punte (SGCU-PV)
Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași/ Facultatea de Știința și Ingineria
Materialelor
Titlul subproiectului: Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor (CESIM)
Acord de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020

Nr. 194 / 31.05.2023

FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE

Achiziția de bunuri

Denumirea achiziției: „Vacuum Malaxor” (poziția 35 din Planul de achiziții al acordului de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020, nr. 17250/22.05.2023)

	Specificații tehnice solicitate
	Vacuum Malaxor , cu următoarele specificații
1	Vacuum Malaxor de masa este utilizat pentru amestecarea oricărui tip de gips, material de căptușire și silicon, în absența aerului. Este echipat cu un reductor puternic și cu zgomot redus, o pompă de vid cu funcționare uscată pentru producerea vacuumului, un cronometru electronic precis, cu afișaj și sonerie de oprire. Viteză de rotație (minimum) 1/min: 100-450, capacitate pompa (minimum) vacuum/min: 25l (0.84cfm), presiune de lucru (minimum): 5-6bar. Fiecare program stochează timpii, viteza și sensul de rotație, pentru a permite amestecarea cea mai corectă alături de utilizarea foarte simpla. Sunt livrate cu un bol de dimensiuni variabile, între 200 - 500 cc.

Nume: Chicet Daniela - Lucia

Funcție: Director de grant

Semnătură

IMPORTANT!

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificații Tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anumite origini /producții. O astfel de indicație este admisă numai însoțită de mențiunea „sau echivalent” și numai în situația în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru ofertanți.