

Anexa 6.1.1 - Specificații tehnice (B)

Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE)
Schema de Granturi pentru Universități - Programul de vară tip punte (SGCU-PV)
Beneficiar: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași/ Facultatea de Știința și Ingineria
Materialelor
Titlul subproiectului: Creativitate și Educație la Știința și Ingineria Materialelor (CESIM)
Acord de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020

Nr. 198 / 31.05.2023

**FORMULAR DE SPECIFICAȚII TEHNICE
Achiziția de bunuri**

Denumirea achiziției: „Termometru cu infraroșu până la 1600°C” (poziția 36 din Planul de achiziții al acordului de grant nr. 341/SGU/PV/III din 27.07.2020, nr. 17250/22.05.2023)

| | Specificații tehnice solicitate |
|---|--|
| | Termometru cu infraroșu până la 1600°C, cu următoarele specificații |
| 1 | Termometru cu infraroșu non-contact, cu domeniu de măsurare al temperaturii până la (minimum) 1600°C, cu sondă tip K, trepid, USB pentru transfer date la PC și înregistrarea asistată prin software a seriilor de măsurători. Laserul multipunct permite marcarea exactă a zonei centrale și a zonei marginale măsurate, pentru mai multă precizie. Funcțiile aparatului permit utilizarea acestuia în diverse domenii de activitate, precum service, construcții, în domeniul instalațiilor electrice, încălzire și climatizare. Posibilitate de fixare pe trepid pentru măsurători de lungă durată, alimentare și achiziție de date în format electronic. |

Nume: Chicet Daniela - Lucia
Funcție: Director de grant

Semnătură

IMPORTANT!

Nu este permisă indicarea de către Beneficiar a unor Specificații Tehnice care desemnează produse de o anumită origine/fabricație sau procedee speciale, în cazul în care introducerea acestor specificații tehnice are ca efect favorizarea, respectiv eliminarea unuia sau mai multor ofertanți.

Nu este permisă indicarea unei mărci de fabrică sau de comerț, a unui brevet de invenție, a unei licențe de fabricație sau a unei anumite origini /producții. O astfel de indicație este admisă numai însoțită de mențiunea „sau echivalent” și numai în situația în care Beneficiarul nu are posibilitatea de a stabili altfel specificații tehnice suficient de precise și inteligibile pentru ofertanți.